

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach

wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w. 201

- fax

61 426 27 77

- e-mail

sekretariat@psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w. 202 lub 222

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ul. Św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno

www.psse-gniezno.pl

ON-HK.903.10.143.2020

oryginał/kopia

Gniezno, dnia 17.12.2020

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Woźniki**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/1811/2020/LB-WG/PM/ z dnia 23.09.2020 r., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole, Woźniki 33a – kuchenka (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h 291 jtk/1 ml)
 - N/1811/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 24.09.2020 r., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole, Woźniki 33a - kuchenka
- wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań
- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:
 - 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Sołtys Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
 - 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
 - 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
 - 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Sołtys Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)
 - 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h > 300 jtk/1 ml)

niepodlega

POLSKA
AGENCJA
ODPOWIEDZIALNOŚCI

- 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h 262 jtk/1 ml)

wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

- 768/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sołtys - Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h),

- 767/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h),

- 769/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h),

- 770/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h),

wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie
Laboratorium Wody i Ścieków, ul. Wodna 20, 62-20 Gniezno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniach 15.09.2020 r., 24.09.2020 r. oraz 06.10.2020 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia zaleca, aby ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h nie przekraczała 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. nie wykazały przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h, co potwierdziło, że woda w zakresie badanego parametru mikrobiologicznego spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie**

mgr Anna Stejska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a
2. Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1,
Przesłano przez ePUAP
3. aa

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GNIEŹNIE**

Telefony:

- Informacja o numerach

wewnętrznych

61 426 22 42

- PPIS w Gnieźnie

61 426 22 42 w. 201

- fax

61 426 27 77

- e-mail

sekretariat@psse-gniezno.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej

61 426 22 42 w. 202 lub 222

- e-mail Sekcji

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ul. Św. Wawrzyńca 18

62-200 Gniezno

www.psse-gniezno.pl

ON-HK.903.10.144.2020

oryginał/kopia

Gniezno, dnia

17.12.2020

**OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu wiejskiego Woźniki**

Na podstawie:

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)
- **§ 22** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Woźniki**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:
 - N/187/2020/LB-WG/PM/ i N/187/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 10.02.2020 r., wody pobranej w dniu 04.02.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki – kuchenka
 - N/1811/2020/LB-WG/PM/ z dnia 23.09.2020 r., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole, Woźniki 33a – kuchenka (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h 291 jtk/1 ml)
 - N/1811/2020/LB-WG/PCH/ z dnia 24.09.2020 r., wody pobranej w dniu 15.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole, Woźniki 33a - kuchenkawydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.
- w ramach kontroli wewnętrznej sprawozdanie z badań nr:
 - 133837/20/POZ z dnia 27.03.2020 r., wody pobranej w dniu 16.03.2020 r. w punkcie poboru: Wodociąg wiejski Woźniki SUW (przekroczenie parametrów: mętność 4,27 NTU, ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 120 jtk/1 ml)
 - 163614/20/POZ z dnia 17.04.2020 r., wody pobranej w dniu 03.04.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep spożywczy Woźniki (przekroczenie parametru: żelazo 340 $\mu\text{g/l}$)
 - 163613/20/POZ z dnia 17.04.2020 r., wody pobranej w dniu 03.04.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki (przekroczenie parametru: żelazo 340 $\mu\text{g/l}$)

niepodlega

POLSKA
RZECZPOSPOLITA
WIEŚNOSPOLITA

- 163599/20/POZ z dnia 20.04.2020 r., wody pobranej w dniu 03.04.2020 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametrów: mętność, ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$; przekroczenie parametru: żelazo $304 \mu\text{g/l}$)
wydane przez J. S. Hamilton Poland Sp. z o. o., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia
- 229/2020 z dnia 28.04.2020 r. wody pobranej w dniu 28.04.2020 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: żelazo)
- 230/2020 z dnia 28.04.2020 r. wody pobranej w dniu 28.04.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Sklep Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: żelazo)
- 768/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sołtys Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h),
- 767/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h),
- 769/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h),
- 770/2020 z dnia 19.11.2020 r., wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki (nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h),
wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie
Laboratorium Wody i Ścieków, ul. Wodna 20, 62-20 Gniezno
- 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sołtys Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h $> 300 \text{ jtk/1 ml}$)
- 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h $> 300 \text{ jtk/1 ml}$)
- 352P/24.09.2020-3/Z z dnia 29.09.2020 r., wody pobranej w dniu 24.09.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h $> 300 \text{ jtk/1 ml}$)
- 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Sołtys Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h $> 300 \text{ jtk/1 ml}$)
- 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, Przedszkole Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h $> 300 \text{ jtk/1 ml}$)
- 352P/06.10.2020-1/Z z dnia 09.10.2020 r., wody pobranej w dniu 06.10.2020 r. w punkcie poboru: sieć, sklep Woźniki (przekroczenie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ po 72h 262 jtk/1 ml)
wydane przez Aquanet Laboratorium Sp. z o. o., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łubowie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W wyniku przeprowadzonych analiz laboratoryjnych wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym stwierdzono, że jakość wody okresowo odbiegała od wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w zakresie parametrów: mętności (badanie wody pobranej w dniu 16.03.2020 r.), ogólnej liczby mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ} \text{C}$ po 72h (badanie wody pobranej w dniu 16.03.2020 r., 15.09.2020 r., 24.09.2020 r. oraz 06.10.2020 r.) oraz żelaza (badanie wody pobranej w dniu 03.04.2020 r.). Norma określona w załączniku nr 1 C do ww. rozporządzenia określa parametry: mętność jako akceptowalna dla konsumentów i bez nieprawidłowych zmian, jednak zalecanej do 1,0 NTU, żelazo aby nie przekraczało 200 $\mu\text{g/l}$, ogólna liczba mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ} \text{C}$ po 72h zaleca, aby nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej oraz 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 03.04.2020 r. w punkcie poboru SUW Woźniki nie wykazało przekroczeń parametrów: mętności i ogólna liczby mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ} \text{C}$ po 72h. Analiza laboratoryjna wody pobranej w dniu 28.04.2020 r. w punktach poboru: SUW Woźniki, sieć Sklep Woźniki nie wykazała przekroczeń parametru: żelazo. Sprawozdania z badań wody pobranej w dniu 16.11.2020 r. w punkcie poboru: SUW Woźniki, sieć Sołtys Woźniki, sieć sklep Woźniki oraz sieć Przedszkole Woźniki nie wykazało przekroczeń parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w $22 \pm 2^{\circ} \text{C}$ po 72h. Brak przekroczeń ww. parametrów potwierdziło, że woda w badanym zakresie spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska
specjalista zdrowia publicznego

Otrzymuje:

1. Dyrektor Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Łubowie
62-262 Fałkowo 44a
2. Wójt Gminy Łubowo
62-260 Łubowo 1,
Przesłano przez ePUAP
3. aa